

Эксплуатационная документация Медицинского Изделия (МИ)

*«Отвертка стоматологическая ручная, варианты
исполнения»*

Содержание

Инструкция по применению медицинского изделия (МИ): «Отвертка стоматологическая ручная, варианты исполнения».....	2
1. Описание	3
2. Показания	3
3. Области применения	3
4. Противопоказания	3
5. Способ применения.....	3
6. Методы и средства дезинфекции и предстерилизационной очистки (рекомендации производителя).....	4
7. Методы и условия стерилизации, сроки сохранения стерильности.....	7
8. Требования безопасности и меры предосторожности.....	8
9. Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия	9
10. Сведения о техническом обслуживании, сведения о проверке.....	9
11. Условия транспортирования и хранения	9
12. Охрана окружающей среды	9
12.1. Требования к охране окружающей среды при применении медицинского изделия.....	9
Каждое изделие и расходные материалы, используемые во время операции по установке зубных имплантатов и ортопедических компонентов, представляет опасность для здоровья лиц, производящих их обработку после использования. Перед утилизацией в окружающую среду рекомендуется ознакомиться с действующим законодательством и соблюдать его.	
12.2. Порядок осуществления утилизации и уничтожения, указание, при необходимости, специальных мер предосторожности при уничтожении медицинских изделий.....	10
13. Срок службы, срок годности.....	10
14. Сведения о производителе медицинского изделия и уполномоченном представителе	10
14.1. Наименование.....	10
14.2. Адрес места нахождения.....	10
14.3. Адрес места производства медицинского изделия.....	10
14.4. Сведения об уполномоченном представителе. Рекламация	10
Дополнение к инструкции по применению медицинского изделия (МИ): «Отвертка стоматологическая ручная, варианты исполнения».....	11
1. Назначение медицинского изделия	11
1.1. Наименование медицинского изделия.....	11
1.2. Назначение медицинского изделия.....	11
1.3. Указание возможности и особенностей применения медицинского изделия для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания.....	11
1.4. Сведения о возможном влиянии использования медицинского изделия на способность управлять транспортными средствами, механизмами.....	11
1.5. Условия эксплуатации. Сведения о потенциальных потребителях.....	12
1.6. Условия применения медицинского изделия в медицинских организациях, в подвижных транспортных средствах, в полевых или домашних условиях, для общего или индивидуального применения	12
2. Описание принципов, на которых основана работа медицинского изделия, и их особенности	12

3.	Техническое описание медицинского изделия	12
3.1.	Возможность и способы интегрирования с другими медицинскими изделиями..	12
3.2.	Информация в соответствии с данными государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения о содержащихся в медицинском изделии	12
3.3.	Содержание материалов животного и человеческого происхождения	12
3.4.	Сведения о предыдущих модификациях	12
4.	Основные параметры и характеристики медицинского изделия	13
5.	Сведения о программном обеспечении.....	17
6.	Сведения об ЭМС.....	17
7.	Перечень национальных и международных нормативных документов/стандартов, которым соответствует медицинское изделие	17
8.	Требования к монтажу и установке	18
9.	Гарантийные обязательства	18

Инструкция по применению медицинского изделия (МИ): Отвертка стоматологическая ручная, варианты исполнения:

1. Отвертка стоматологическая ручная Нео короткая;
2. Отвертка стоматологическая ручная Нео длинная;
3. Отвертка стоматологическая ручная Нео средняя;
4. Отвертка стоматологическая ручная короткая, тип соединения Нех, размер 0.9 мм/1.2 мм;
5. Отвертка стоматологическая ручная длинная, тип соединения Нех, размер 0.9 мм/1.2 мм;
6. Отвертка стоматологическая ручная средняя, тип соединения Нех, размер 0.9 мм/1.2 мм;
7. Отвёртка стоматологическая ручная для выпрямителя;
8. Отвертка стоматологическая ручная для трансфера для закрытой ложки

Символ	Расшифровка
	Изготовитель МИ
	Дата изготовления
	Использовать до
	Код партии
	Номер по каталогу (артикул)
	Не использовать при повреждении упаковки
	Не допускать воздействия солнечного света
	Беречь от влаги
	Верхняя граница температурного диапазона (до +40°C)
	Обратитесь к инструкции по применению
	Соответствует Директиве Совета ЕС
	Материал

<i>Символ</i>	<i>Расшифровка</i>
SIZE	Размер
Qty	Количество
R_x only	Отпускается только по рецепту
NON-STERILE	Нестерильно

Эти изделия предназначены для специализированной процедуры, которая должна проводиться профессионалами, имеющими соответствующую подготовку в области зубных имплантатов. Для достижения оптимальных результатов, используйте изделие зная соответствующие методики. Всегда применяйте их при соответствующих условиях, в условиях операционной.

1. Описание

Отвертка стоматологическая ручная изготавливается из нержавеющей стали, имеет цилиндрическую форму и активный конец для захвата, переноса, завинчивания и/или отвинчивания ортопедических компонентов. На верхнем конце она имеет вращающееся кольцо и отверстие для продевания защитной нити (напр., зубной нити).

2. Показания

МИ для проведения хирургических операций на костях верхней или нижней челюсти при соблюдении последовательности использования инструментов, что позволяет проводить безлоскутные операции по установке имплантатов в адентичных участках челюсти.

3. Области применения

Отвертки предназначены для помощи в проведении стоматологических процедур, связанных с протезными компонентами или имплантатами.

4. Противопоказания

Для продукции противопоказания не предусмотрены при условии надлежащего использования для целей применения, кроме случаев аллергии или гиперчувствительности пациента к нержавеющей стали

5. Способ применения

Перед использованием изделия рекомендуется привязать нить безопасности (например, зубной нити) через отверстие, во избежание риска его проглатывания или попадания в дыхательные пути пациента.

Для захвата протезного компонента поместите активный конец отвертки ручной в компонент, как указано:



Убедитесь, что вы правильно установили инструмент.

Убедитесь в правильной посадке и делайте движения по часовой стрелке для установки, прикладывая небольшое затягивающее усилие.

6. Методы и средства дезинфекции и предстерилизационной очистки (рекомендации производителя)

Необходимо проводить надлежащую очистку данного изделия после каждого использования.

Для проведения очистки необходимо выполнить следующие действия:

1-ый шаг: полностью погрузить изделие в ферментное моющее средство (соблюдать концентрации, указанные производителем).

2-ой шаг: промывать в ультразвуковом очистителе в течение 10-15 минут.

3-ий шаг: промыть в достаточном количестве дистиллированной воды до полного удаления остатков раствора. Допускается использовать нейлоновые щетки.

4-ый шаг: высушить чистой сухой тканью или сжатым воздухом.

5-ый шаг: осмотреть на предмет появления каких-либо поломок в процессе очистки. Если инструмент очистился не полностью, опустить его еще раз в моющее средство, как указано в шаге 1, а затем при необходимости провести очистку нейлоновой щеткой. Повторить процедуру промывки и сушки.

6-ой шаг: выбрать упаковку в соответствии с процессом стерилизации. Рекомендуется использовать бумажную самоклеивающуюся упаковку хирургической степени чистоты с ламинированной пленкой.

ВНИМАНИЕ: не использовать средства, образующие пену, и не сушить детали, содержащие остатки чистящих растворов, поскольку это приводит к окислению изделий. Применение стальных щеток не рекомендуется.

Выполните следующие процедуры:

Очистка и дезинфекция ручным способом

Очистка

1. По возможности разберите инструменты (см. специальные инструкции по разборке).

2. Замочите разобранные инструменты не менее чем на 1 мин. в чистящем растворе (САЙДЕЗИМ, 1,6 % объемного содержания), полностью погрузив их в раствор. Следите за тем, чтобы инструменты не соприкасались друг с другом. Для более эффективной очистки тщательно очистите их мягкой щеткой. Поворачивайте подвижные детали несколько раз во время чистки.

При необходимости: при помощи одноразового шприца (минимальный объем – 10 мл) и соответствующей промывочной насадки промойте все полости инструментов не менее пяти раз перед замачиванием.

3. Замочите разобранные инструменты на 15 минут в чистящем растворе (САЙДЕЗИМ, 1,6 % объемного содержания) с ультразвуковой обработкой, полностью погрузив их в раствор. Следите за тем, чтобы инструменты не соприкасались друг с другом.

4. Затем извлеките инструменты из чистящего раствора и далее тщательно промойте их не менее 3 раз (в течение не менее 1 минуты) под проточной водой.

При необходимости: при помощи одноразового шприца (минимальный объем – 10 мл) и соответствующей промывочной насадки промойте все полости инструментов не менее пяти раз.

Дезинфекция

1. Замочите разобранные инструменты не менее чем на 15 минут в чистящем растворе (неразбавленном растворе ортофталевого альдегида САЙДЕКС ОПА), полностью погрузив их в раствор. Следите за тем, чтобы инструменты не соприкасались друг с другом. Поворачивайте подвижные детали несколько раз во время дезинфекции. При необходимости: при помощи одноразового шприца (минимальный объем – 10 мл) и соответствующей промывочной насадки промойте все полости инструментов не менее пяти раз перед замачиванием и после замачивания.

2. Извлеките инструменты из дезинфицирующего раствора и далее промойте их в соответствии с инструкциями производителя раствора ортофталевого альдегида САЙДЕКС ОПА.

В таблице ниже указаны методические указания, по дезинфекции, с подбором длительности выдержки МИ в растворе, в зависимости от видов инфекций.

Таблица 1

Вид инфекции	Концентрация раствора, %	Время выдержки, мин	Применение
Вирусные	Без разведения	15	Для изделий из стекла, металлов, пластмасс, резин, в том числе эндоскопов, инструментов к ним, стоматологических инструментов
Бактериальные		15	
Туберкулез		90	
Кандидозы		90	
Дерматофитии		90	

- Режимы дезинфекции химическим методом даны в пяти вариантах:
 - 1-я строка – при вирусных гепатитах, ВИЧ-инфекции, энтеровирусных, ротавирусных инфекциях;
 - 2-я строка - следует применять для предупреждения гнойных заболеваний, кишечных и капельных инфекций бактериальной этиологии, острых респираторных вирусных инфекций (грипп, аденовирусные заболевания и др.);
 - 3-я строка - при туберкулезе;
 - 4-я строка - при кандидозах;
 - 5-я строка – при дерматофитиях. В случаях, когда в таблице приведен один вариант (средства КолдСпор, Деконекс денталь ББ и др.), он распространяется на все виды возбудителей.
- При отсутствии обоснованных показаний к проведению дезинфекции по режимам для инфекций бактериальной этиологии (исключая туберкулез), дезинфекцию проводят по режимам для вирусных инфекций.

- Изделия медицинского назначения, применяемые в стоматологии, отличаются разнообразием по конструкции, по составу входящих в них материалов, по назначению и поэтому требуют тщательного выбора метода и средства дезинфекции.

Инструкции по промывке

- Вынув изделие медицинского назначения из раствора ортофталевого альдегида САЙДЕКС ОПА, тщательно промойте его, полностью погрузив в большой объем воды. Если питьевая вода непригодна, используйте стерильную воду.
 - Полностью погрузите изделие не менее чем на 1 минуту, если изготовителем изделия многоразового использования не указано более длительное время.
 - Вручную промойте все полости в больших объемах (не менее 100 мл) промывочной воды, если производителем изделия не указано иное.
 - Извлеките изделие и вылейте промывочную воду. Для каждого промывания используйте только свежую воду. Не используйте эту воду повторно для промывания или для любой другой цели.
 - Повторите процедуру еще 2 раза, в общей сложности произведя 3 ПРОМЫВАНИЯ большими объемами свежей воды для удаления остатков раствора ортофталевого альдегида САЙДЕКС ОПА. Остатки раствора могут вызывать серьезные побочные эффекты.
3. Проверьте и упакуйте инструменты сразу после извлечения.
Механизированный способ очистки/дезинфекции (МД машина (моюще-дезинфицирующая машина))

Использование раствора Неодишер МедиЗим.

1. По возможности разберите инструменты.
2. Переложите разобранные инструменты в МД машину (следите за тем, чтобы инструменты не соприкасались друг с другом).
3. Запустите программу.
4. По окончании программы извлеките инструменты из МД машины.
5. Проверьте и упакуйте инструменты сразу после извлечения.

ПРИМЕЧАНИЕ.

1. При выборе МД машины обратите внимание на следующее:
 - обязательно утвержденные эксплуатационные качества МД машины (например, маркировка CE в соответствии с EN ISO 15883 или DGHM (Немецкое общество гигиены и микробиологии), либо разрешение/одобрение/регистрация Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA));
 - возможность применения утвержденной программы термической дезинфекции (значение A0>3000 или – для более старых изделий – не менее 5 мин. при 90 °C/194 °F; при химической дезинфекции – риск оседания остатков дезинфицирующего средства на инструментах);
 - обязательная пригодность программы для инструментов, а также достаточное количество операций промывания в программе;
 - дальнейшее промывание только стерильной или низкозагрязненной водой не более 10 бактерий/мл 0,25 единиц эндотоксинов/мл), например, очищенной/сверхочищенной водой;
 - использование только фильтрованного воздуха (без примеси масла, с низким уровнем загрязнения микроорганизмами и частицами) для сушки;
 - регулярное техническое обслуживание и проверка/калибровка МД машины.

2. Запрещается чистить инструменты с помощью металлических щеток или стальной мочалки.

3. Проверьте все инструменты после очистки или очистки/дезинфекции на наличие коррозии, поврежденных поверхностей и загрязнений. Следует прекратить дальнейшее использование поврежденных инструментов. Необходимо провести повторную очистку и дезинфекцию инструментов, на которых еще присутствует загрязнение.

4. Упаковка: сложите очищенные и продезинфицированные инструменты в соответствующие стерилизационные лотки и упакуйте их в одноразовые стерилизационные тары (одинарную или двойную тару) и/или стерилизационные контейнеры, отвечающие следующим требованиям (материал/процесс):

- EN ISO/ANSI (Американский национальный институт стандартов) AAMI (Ассоциация содействия развитию медицинской техники) ISO 11607 (для США: разрешение FDA);
- пригодность для стерилизации паром;
- надлежащая защита инструментов, а также стерилизационных тар от механического повреждения;
- регулярное техническое обслуживание в соответствии с инструкциями производителя (контейнер для стерилизации).

5. Удалите крупные загрязнения с инструментов сразу же после их использования, производя предварительную обработку перед очисткой и дезинфекцией (в течение не более 2 часов).

Предварительная обработка производится перед очисткой и дезинфекцией как ручным, так и механизированным способом.

a. По возможности разберите инструменты;

b. Промывайте инструменты под проточной водой² в течение не менее 1 минуты (при температуре <35 °C/ 95 °F); пять раз при помощи одноразового шприца (минимальный объем – 10 мл). Поворачивайте подвижные детали несколько раз во время предварительной обработки;

d. Удалите вручную все видимые загрязнения с помощью чистой и мягкой щетки (или чистой, мягкой и безворсовой ткани), только они подходят для этой работы; не используйте металлические щетки или стальную мочалку;

e. Промойте еще раз под проточной водой в течение не менее 1 минуты.

При невозможности применения вышеуказанных чистящих/дезинфицирующих средств используйте аналогичные им средства. Владелец несет ответственность за замену чистящих средств.

Первостепенное значение перед хранением и стерилизацией имеет просушивание деталей, поскольку скопление влаги на изделиях может вызвать повреждения и окисление.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Во время санитарной обработки избегайте контакта между режущими инструментами и другими инструментами, во избежание снижения их режущей способности.

7. Методы и условия стерилизации, сроки сохранения стерильности

Изделие помещено в блистерную упаковку (бумага и пленка хирургической степени чистоты). Инструмент поставляется в индивидуальной блистерной упаковке (хирургической бумаге и пленке) в нестерильном виде. Для стерилизации выбирать только стерилизацию паром в соответствии со следующими характеристиками:

Таблица 2

	<i>Фракционное вакуумирование/ динамическое удаление воздуха</i>	<i>Гравитационный метод откачки воздуха</i>
Время стерилизации	Не менее 4 минут	Не менее 15 минут
Температура стерилизации	132±2 °С	132±2 °С
Время сушки	Не менее 20 минут	Не менее 20 минут
Давление пара в стерилизационной камере, МПа (кгс/см ²)	0,20±0,02 МПа/ (2,0±0,2) кгс/см ²	0,20±0,02 МПа/ (2,0±0,2) кгс/см ²

- 1) Не менее трех этапов вакуумирования
- 2) При возможности осуществления метода фракционного вакуумирования не следует применять менее эффективный гравитационный метод откачки воздуха.
- 3) Максимальная температура стерилизации – 134 °С (273 °F).
- 4) Объективно требуемое время сушки напрямую зависит от параметров, находящихся в зоне исключительной ответственности пользователя (конфигурация загрузки и плотность, параметры стерилизатора), и таким образом определяется пользователем. Тем не менее, время сушки не должно составлять менее 20 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- 1) Храните инструменты после стерилизации в стерилизационных тарах в сухом и непыльном месте.
- 2) Запрещено применять процедуру экспресс-стерилизации/стерилизации непосредственно перед использованием.
- 3) Не производите стерилизацию сухим жаром, лучевую стерилизацию, стерилизацию формальдегидом и окисью этилена, а также плазменную стерилизацию.

8. Требования безопасности и меры предосторожности

- Будьте внимательны к пациентам, у которых проявляются признаки аллергии или гиперчувствительности к материалу: нержавеющей сталь.
- Из-за уменьшения открытия рта в задней области не рекомендуется использовать длинные отвертки для установки ортопедического компонента в области премоляров и молярах.
- Не используйте продукт с истекшим сроком годности.
- Перед каждой процедурой убедитесь в том, что детали идеально подходят.
- Убедитесь в наличии всех инструментов, необходимых для проведения операции согласно хирургическому планированию.
- Перед каждой процедурой проверяйте параметры хирургических инструментов NEODENT®, всегда учитывая их срок годности. При наличии повреждений, удаленной маркировки, затупления, деформации и следов износа замените инструменты.
- Профессиональная ответственность заключается в применении изделий NEODENT® в соответствии с инструкциями по использованию.
- Не используйте изделие, если целостность упаковки была нарушена.
- Настоящее изделие должно использоваться после стерилизации.
- Настоящее изделие поставляется без регулируемого крутящего момента. Чрезмерное применение силы может привести к повреждению изделия, что, в свою очередь, может привести к невозможности проведения процедуры.
- Следить за тем, чтобы пациент не мог проглотить или вдохнуть детали.

- Наилучшие результаты достигаются при использовании изделий NEODENT®. Применение инструментов и/или компонентов протезирования других производителей не гарантирует идеальную работу Системы имплантатов NEODENT® и исключает любую гарантию на изделие.
- Ненадлежащее планирование вмешательства может повлечь за собой негативные последствия, связанные с комплектом имплантата/протеза, и привести, например, к потере или разлому имплантата, расшатыванию или разлому винтов для протезирования.
- Не допускать боковой нагрузки.
- Отклонение хирургических инструментов для извлечения компонентов от оси во время использования может привести к повреждению или даже поломке детали.
- Стоматолог несет ответственность за использование продукции NEODENT® в соответствии с инструкцией по применению.

9. Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия

Если изделие используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации, побочных эффектов не ожидается, кроме случаев возможной аллергии или гиперчувствительности к нержавеющей стали

10. Сведения о техническом обслуживании, сведения о проверке

Послеоперационные меры предосторожности и техническое обслуживание

Следует проинструктировать пациента о необходимости профессионального медицинского наблюдения после операции и соблюдении рекомендаций в отношении мер предосторожности, гигиены и назначения лекарственных средств. Ответственность за указанные рекомендации несет лечащий врач.

11. Условия транспортирования и хранения

Таблица 3

	Условия хранения	Условия транспортирования
Температура	от 0°C до +40°C	от -20°C до +60°C
Относительная влажность	от 10% до 90% (без конденсации)	от 10% до 95% (без конденсации)
Высота над уровнем моря (атмосферное давление)	от 600 гПа до 1060 гПа	

Данное изделие следует хранить в чистом и сухом месте, и защищать от прямых солнечных лучей.

12. Охрана окружающей среды

12.1. Требования к охране окружающей среды при применении медицинского изделия

Каждое изделие и расходные материалы, используемые во время операции по установке зубных имплантатов и ортопедических компонентов, представляет опасность для

здоровья лиц, производящих их обработку после использования. Перед утилизацией в окружающую среду рекомендуется ознакомиться с действующим законодательством и соблюдать его.

12.2. Порядок осуществления утилизации и уничтожения, указание, при необходимости, специальных мер предосторожности при уничтожении медицинских изделий

Изделие подлежит утилизации в соответствии с местным законодательством и больничной практикой.

Данное изделие не содержит опасных материалов.

Неиспользованные изделия с истекшим сроком годности утилизируются как отходы класса А в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10.

После контакта с организмом пациента изделие утилизируются как отходы класса Б в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10.

13. Срок службы, срок годности

Срок службы: Рекомендованный срок эксплуатации настоящего изделия составляет до 30 применений при условии соблюдения режима использования.

Независимо от количества использований инструмента специалист должен всегда проверять характеристики изделия после каждого использования.

Срок годности: 15 лет

Срок сохранения стерильности: от 7 до 15 дней, при условии, что изделие хранится в чистом, сухом и защищенном от солнечного света месте.

14. Сведения о производителе медицинского изделия и уполномоченном представителе

14.1. Наименование

JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A.

(Джей Джей Джи Си Индустриа э Комерсио Де Материаис Дентариос С.А.)

14.2. Адрес места нахождения

Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 3291, Cidade Industrial, Curitiba, Pr., 81.270-200, Brazil (Бразилия)

14.3. Адрес места производства медицинского изделия

Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 3291, Cidade Industrial, Curitiba, Pr., 81.270-200, Brazil.

14.4. Сведения об уполномоченном представителе. Рекламация

Общество с ограниченной ответственностью «Н.СЕЛЛА» (ООО «Н.СЕЛЛА»).

Адрес: 111033, Россия, г. Москва, ул. Волочаевская, д. 12А, стр. 1.

Телефон: +7 495 771 75 39

Адрес электронной почты: manager@nsella.ru

Сайт: www.nsella.ru

Дополнение к инструкции по применению медицинского изделия (МИ): «Отвертка стоматологическая ручная, варианты исполнения».

1. Назначение медицинского изделия

1.1. Наименование медицинского изделия

Отвертка стоматологическая ручная, варианты исполнения:

1. Отвертка стоматологическая ручная Нео короткая;
2. Отвертка стоматологическая ручная Нео длинная;
3. Отвертка стоматологическая ручная Нео средняя;
4. Отвертка стоматологическая ручная короткая, тип соединения Нех, размер 0.9 мм/1.2 мм;
5. Отвертка стоматологическая ручная длинная, тип соединения Нех, размер 0.9 мм/1.2 мм;
6. Отвертка стоматологическая ручная средняя, тип соединения Нех, размер 0.9 мм/1.2 мм;
7. Отвёртка стоматологическая ручная для выпрямителя;
8. Отвертка стоматологическая ручная для трансфера для закрытой ложки.

1.2. Назначение медицинского изделия

Предназначены для захвата, переноса, завинчивания и/или отвинчивания ортопедических компонентов.

1.3. Указание возможности и особенностей применения медицинского изделия для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания

Данное изделие используется в соответствии с назначением. Его использование невозможно при наличии у пациента противопоказаний. Изделие может использоваться людьми всех возрастов, полов и этнических групп.

1.4. Сведения о возможном влиянии использования медицинского изделия на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Медицинское изделие не оказывает влияние на способность пациента управлять транспортными средствами и другими механизмами.

1.5. Условия эксплуатации.

Таблица 1

Температура	от +15°C до +25°C
Относительная влажность	от 20% до 85% (без конденсации)
Высота над уровнем моря (атмосферное давление)	от 700 гПа до 1060 гПа

1.6. Сведения о потенциальных потребителях.

Настоящее изделие предназначено для специализированных процедур, выполняемых дипломированными специалистами в области стоматологической имплантации, ознакомленными с технологией направленной хирургии NEODENT®. Для достижения оптимального результата следует работать с настоящим изделием, предварительно изучив соответствующие методики, в надлежащих условиях – ЛПУ, клиниках и прочих медицинских учреждениях, в клинических условиях (при выполнении хирургических манипуляций, опосредованный контакт с телом человека в полости рта).

2. Описание принципов, на которых основана работа медицинского изделия, и их особенности

Отвертка стоматологическая представляет собой инструмент без привода, вставляемый в головку ортопедического компонента для приложения вращения с целью захвата, переноса, завинчивания и/или отвинчивания ортопедического компонента у пациента одновременно с проведением стоматологической процедуры, изготавливается из металлических материалов. Это изделие, пригодное для многократного использования.

3. Техническое описание медицинского изделия

3.1. Возможность и способы интегрирования с другими медицинскими изделиями

Отвертка стоматологическая ручная, варианты исполнения используются вместе с другими ортопедическими компонентами производства NEODENT®.

3.2. Информация в соответствии с данными государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения о содержащихся в медицинском изделии

Не применимо

3.3. Содержание материалов животного и человеческого происхождения

Не применимо




3.4. Сведения о предыдущих модификациях



Не применимо




4. Основные параметры и характеристики медицинского изделия


Таблица 2

Каталожный номер	Описание МИ	Характеристики (на все значения распространяется допустимая погрешность $\pm 5\%$)
104.058	<p>Отвертка стоматологическая ручная Нео короткая</p>  <p><u>Назначение с учетом специфичности применения:</u> применяется для фиксации ортопедических компонентов (включая винты, колпачки, угловые абатменты, трансферы, маячки для сканирования, аналоги) линейки GM имплантационной системы NEODENT®</p>	<p>Общая длина, мм: 21,2; Длина рукоятки, мм: 10; Диаметр рукоятки, мм: 7,9 Диаметр стержня, мм: 1,55; Внешний диаметр жала, мм: 1,31; Внутренний диаметр жала, мм: 1,09; Толщина шлицевого зубца, мм: 0,3; Максимальный крутящий момент, Н·см: 45 Масса, г: 3,871</p>
104.059	<p>Отвертка стоматологическая ручная Нео длинная</p>  <p><u>Назначение с учетом специфичности применения:</u> применяется для фиксации ортопедических компонентов (включая винты, колпачки, угловые абатменты, трансферы, маячки для сканирования, аналоги) линейки GM имплантационной системы NEODENT®</p>	<p>Общая длина, мм: 37,2; Длина рукоятки, мм: 10; Диаметр рукоятки, мм: 7,9 Диаметр стержня, мм: 2; Внешний диаметр жала, мм: 1,31; Внутренний диаметр жала, мм: 1,09; Толщина шлицевого зубца, мм: 0,3; Максимальный крутящий момент, Н·см: 45 Масса, г: 4,304</p>
104.060	<p>Отвертка стоматологическая ручная Нео средняя</p>	<p>Общая длина, мм: 25,2; Длина рукоятки, мм: 10; Диаметр рукоятки, мм: 7,9 Диаметр стержня, мм: 1,55; Внешний диаметр жала, мм: 1,31;</p>

Каталожный номер	Описание МИ	Характеристики (на все значения распространяется допустимая погрешность $\pm 5\%$)
	 <p><u>Назначение с учетом специфичности применения:</u> применяется для фиксации ортопедических компонентов (включая винты, колпачки, угловые абатменты, трансферы, маячки для сканирования, аналоги) линейки GM имплантационной системы NEODENT®</p>	<p>Внутренний диаметр жала, мм: 1,09; Толщина шлицевого зубца, мм: 0,3; Максимальный крутящий момент, Н·см: 45 Масса, г: 3,930</p>
104.039	<p>Отвертка стоматологическая ручная короткая, тип соединения Hex, размер 0.9 мм</p>  <p><u>Назначение с учетом специфичности применения:</u> применяется для фиксации абатментов с антиротационным индексом Eхast линейки SM имплантационной системы NEODENT® на имплантате</p>	<p>Общая длина, мм: 20,45; Длина рукоятки, мм: 12,3; Диаметр рукоятки, мм: 7,9; Диаметр стержня, мм: 1,6; Диаметр жала, мм: 1,04; Внутренний диаметр жала, мм: 0,9; Максимальный крутящий момент, Н·см: 45 Масса, г: 3,801</p>
104.007	<p>Отвертка стоматологическая ручная короткая, тип соединения Hex, размер 1.2 мм</p> 	<p>Общая длина, мм: 19,4; Длина рукоятки, мм: 12,4; Диаметр рукоятки, мм: 7,9; Диаметр стержня, мм: 1,2; Диаметр жала, мм: 1,31; Внутренний диаметр жала, мм: 1,2; Максимальный крутящий момент, Н·см: 45 Масса, г: 3,714</p>

Каталожный номер	Описание МИ	Характеристики (на все значения распространяется допустимая погрешность $\pm 5\%$)
	<p><u>Назначение с учетом специфичности применения:</u> применяется для фиксации абатментов с антиротационным индексом Ехаст линейки СМ имплантационной системы NEODENT® на имплантате</p>	
104.040	<p>Отвертка стоматологическая ручная длинная, тип соединения Нех, размер 0.9 мм</p>  <p><u>Назначение с учетом специфичности применения:</u> применяется для фиксации абатментов с антиротационным индексом Ехаст линейки СМ имплантационной системы NEODENT® на имплантате</p>	<p>Общая длина, мм: 37,8; Длина рукоятки, мм: 12,3; Диаметр рукоятки, мм: 7,9; Диаметр стержня, мм: 1,6; Диаметр жала, мм: 1,04; Внутренний диаметр жала, мм: 0,9; Максимальный крутящий момент, Н·см: 45 Масса, г: 4,231</p>
104.010	<p>Отвертка стоматологическая ручная длинная, тип соединения Нех, размер 1.2 мм</p>  <p><u>Назначение с учетом специфичности применения:</u> применяется для фиксации абатментов с антиротационным индексом Ехаст линейки СМ имплантационной системы NEODENT® на имплантате</p>	<p>Общая длина, мм: 37,8; Длина рукоятки, мм: 12,3; Диаметр рукоятки, мм: 7,9; Диаметр стержня, мм: 2; Диаметр жала, мм: 1,39; Внутренний диаметр жала, мм: 1,2; Максимальный крутящий момент, Н·см: 45 Масса, г: 4,225</p>
104.041	<p>Отвертка стоматологическая ручная средняя, тип соединения Нех, размер 0.9 мм</p>	<p>Общая длина, мм: 24,8; Длина рукоятки, мм: 12,3; Диаметр рукоятки, мм: 7,9; Диаметр стержня, мм: 1,6; Диаметр жала, мм: 0,9;</p>

Каталожный номер	Описание МИ	Характеристики (на все значения распространяется допустимая погрешность $\pm 5\%$)
	 <p><u>Назначение с учетом специфичности применения:</u> применяется для фиксации абатментов с антиротационным индексом Eхаст линейки СМ имплантационной системы NEODENT® на имплантате</p>	<p>Внутренний диаметр жала, мм: 1,04; Максимальный крутящий момент, Н·см: 45 Масса, г: 3,885</p>
104.012	<p>Отвертка стоматологическая ручная средняя, тип соединения Нех, размер 1.2 мм</p>  <p><u>Назначение с учетом специфичности применения:</u> применяется для фиксации абатментов с антиротационным индексом Eхаст линейки СМ имплантационной системы NEODENT® на имплантате</p>	<p>Общая длина, мм: 24,8; Длина рукоятки, мм: 12,3; Диаметр рукоятки, мм: 7,9; Диаметр стержня, мм: 2; Диаметр жала, мм: 1,39; Внутренний диаметр жала, мм: 1,2; Максимальный крутящий момент, Н·см: 45 Масса, г: 3,904</p>
105.017	<p>Отвёртка стоматологическая ручная для выпрямителя</p>  <p><u>Назначение с учетом специфичности применения:</u> применяется с выпрямителем имплантационной системы NEODENT®</p>	<p>Длина рукоятки, мм: 12,6; Диаметр рукоятки, мм: 7,9; Внутренний диаметр, мм: 2,3; Глубина паза, мм: 7,5 Максимальный крутящий момент, Н·см: 45 Масса, г: 3,876</p>
104.016	<p>Отвертка стоматологическая ручная для трансфера для закрытой ложки</p>	<p>Общая длина, мм: 21; Длина рукоятки, мм: 11; Диаметр рукоятки, мм: 7,9; Диаметр стержня, мм: 5;</p>

Каталожный номер	Описание МИ	Характеристики (на все значения распространяется допустимая погрешность $\pm 5\%$)
	 <p>Назначение с учетом специфичности применения: применяется для всех трансферов для закрытой ложки линейки CM, и WS имплантационной системы NEODENT®</p>	<p>Глубина паза, мм: 8 Максимальный крутящий момент, Н·см: 45 Масса, г: 4,851</p>

5. Сведения о программном обеспечении

Не применимо

6. Сведения об ЭМС

Не применимо.

7. Перечень национальных и международных нормативных документов/стандартов, которым соответствует медицинское изделие

Таблица 3

Стандарт	Описание
EN 62366	Изделия медицинские. Проектирование медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности
EN 1041	Сведения, предоставляемые производителем медицинских изделий
EN ISO 13485	Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования
EN ISO 10993-1	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования
EN ISO 10993-5	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro
EN ISO 10993-10	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия
EN ISO 10993-11	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия

Стандарт	Описание
EN ISO 10993-12	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы
EN ISO 10993-18	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 18. Исследование химических свойств материалов
EN ISO 15223-1	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования
ISO 15223-2	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 2. Разработка, выбор и валидация символов
EN ISO 17665-1	Стерилизация медицинской продукции. Влажное тепло. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий
EN ISO 14971	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям
ISTA 2A	Упакованные изделия весом 150 фунтов (68 кг) или меньше
MEDDEV 2.2/3	Срок годности
ASTM E18	Стандартные методы испытаний для определения твердости металлических материалов по шкале Роквелла

8. Требования к монтажу и установке

Не применимо к МИ.

9. Гарантийные обязательства

Объем гарантии

NEODENT® гарантирует стоматологам, пользователям его изделий, замену хирургических инструментов, имеющими дефекты или неблагоприятные события, в соответствии с периодами гарантии, указанными в, при условии, что они приобрели оригинальные изделия NEODENT® в соответствии с инструкциями по применению, предоставляемыми компанией NEODENT®, и с учетом условий и ограничений гарантий, описанных ниже. Эта гарантия распространяется только на обмен изделий NEODENT®; Другие затраты, связанные с лечением, не покрываются, включая материалы и само лечение.

Настоящая гарантия требует:

- a) законное приобретение стоматологом оригинальных изделий NEODENT® без комбинации изделий с другими брендами;
- b) Тщательный отбор пациента с клиническими показаниями для протезирования дентальными имплантатами и правильное использование;
- c) Информированное согласие пациента с надлежащим руководством и разъяснением стоматолога в отношении вариантов протезирования, рисков и преимуществ;

- d) Что у пациента нет противопоказаний, описанных в инструкциях по применению до, во время или после установки имплантата / ортопедического элемента;
- e) Использование изделия было выполнено в строгом соответствии с рекомендациями и рекомендациями в инструкции по применению для каждого изделия;
- f) Соблюдение осторожности до и после операции, а также правильная и регулярная гигиена полости рта пациента;
- g) Документированные последующие посещения;
- h) Что ортопедический компонент (протез), установленный на имплантате (или подлежащий замене), позволяет правильную окклюзию между дугами.
- i) Форма гарантийного обеспечения полностью заполнена дистрибьюторам NEODENT® в течение 30 дней после возникновения.

Гарантия предоставляется исключительно профессиональному стоматологу хирургу, явно исключая какое-либо право на третьи стороны, пациентов или промежуточных поставщиков.

В случае несоответствия условий, описанных в настоящей Политике гарантий, местному законодательству, положения этого положения будут иметь преимущественную силу.

Гарантийные условия

Для применения описанных здесь условий профессионалы должны проявлять максимальную заботу до, во время и после использования изделий, изготовленных NEODENT®.

NEODENT® рекомендует стоматологу соблюдать показания и противопоказания для каждого пациента, следуя рекомендациям, содержащимся в инструкциях по применению.

NEODENT® просит профессионального стоматолога обеспечить надлежащую гигиену полости рта у пациента и регулярное наблюдение и документирование консультаций.

NEODENT® должен только изучить изделие после получения формы гарантии, которую может получить у уполномоченного представителя производителя / регионального представителя, должным образом заполненная, в течение тридцати (30) дней обнаружения дефекта, но не позднее окончания срока хранения инструмента.

Замена продукта происходит только после получения формы и в течение 30 (тридцати) дней, описанных выше.

Исключения из этой гарантии

Настоящая гарантия не распространяется на:

- Изделие NEODENT®, которое не использовалось в соответствии с инструкциями производителя по применению;
- Изделие NEODENT®, которое получило какое-либо загрязнение, вызванное профессионалом или третьими лицами;
- Изделие NEODENT®, которое было модифицировано или комбинировано с продуктами третьих сторон, не произведенными NEODENT®;
- Наличие противопоказаний, указанных в инструкциях по применению;
- Неправильное обращение с изделием профессиональным стоматологом;

Неисправность или дефект продукта, возникший в результате несчастного случая, травмы или любой причины, связанной с ответственностью пациента, профессиональных или третьих лиц;

Общие ограничения и потеря гарантии

Гарантия, изложенная в настоящем документе, является единственной гарантией, предоставляемой компанией NEODENT®.

NEODENT® не принимает на себя ответственности за профессионального стоматолога за потерю бизнеса, доходов или упущенной выгоды, а также признает, что единственная связь между ними является меркантильной в результате покупки и продажи продукции, произведенной NEODENT®, и указано, что Продукты NEODENT® являются вкладом в занятие стоматолога.

NEODENT® не несет ответственности за выполнение или отсутствие стоматологической практики, признанной в научной литературе, и не несет ответственности за убытки, которые непосредственно связаны с такой практикой

Приобретая имплантаты NEODENT® и участвуя в программе гарантий, профессиональный стоматолог принимает условия и положения, изложенные в настоящем документе.

Как осуществлять обмен Изделий в соответствии с настоящей гарантией

Для запроса технического отчета изделия, приобретенные у уполномоченного представителя производителя или регионального представителя, должны направляться исключительно на обмен изделия, если будет принято квалифицированное решение о дефекте изделия:

Отправка изделий.

Изделие должно быть отправлено должным образом дезинфицированное и стерилизованное в сопровождении следующих документов:

Заявление Стерилизация, сопровождающая форму гарантии, заполненная клиентом, включая необходимую информацию, такую как: номер партии продукта, номер счета-фактуры, номер цикла стерилизации, дата и ответственность за стерилизацию;

Копия счета на покупку изделия;

Полностью заполненная форма с указанием всех необходимых данных;

Примечание. Для стран, в которых законодательство не допускает информацию о пациентах, эти данные не применяются.

Изделия, которые не очищаются и стерилизуются, не будут приняты для замены в соответствии с этой гарантией:

- Не принимаются при получении;
- Стоматолог берет на себя всю ответственность за расходы по возможному найму субподрядчиков для стерилизации продуктов, отправленных без соблюдения вышеуказанных пунктов.

Подготовка технического отчета NEODENT® производится в течение сорока пяти (45) рабочих дней при условии соблюдения всех описанных здесь условий.

NEODENT® обеспечивает конфиденциальность клинической информации пациента.

Изменения и прекращение гарантии

Компания NEODENT® оставляет за собой право изменять гарантийные периоды в любое время, полностью или частично. Модификация этой Гарантийной политики не повлияет на продукты, размещенные до внесения в них изменений.